



Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso

Hospital Regional

Registrada sob nº 0248 na Secretaria o Est. do Trabalho e Ação Social de Minas Gerais

Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social

Dec. 60.203 de 10-02-1967 U.P.E. - Lei 3.698 de 06-12-1945 U.P.M. - Lei 265 de 25-05-1954

CNPJ- 24.899.395/0001-74 - Inscrição Estadual ISENTA - FONE/FAX: (35) 3539-1300

Praça Com. João Pio Figueiredo Westin, 92 - São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais, CEP: 37.950-000

Página 1 de 2

ERRATA N° 003/2026

COTAÇÃO DE PREÇOS N° 006/2026

A **Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso**, Instituição privada sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública por Leis Federal, Estadual e Municipal, regularmente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número CNPJ 24.899.395/0001-74, com sede na Praça Comendador João Pio de Figueiredo Westin, 92, Mocoquinha, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, CEP 37950-000, **torna pública a presente ERRATA à Cotação de Preços nº 006/2026**, do tipo **MELHOR PREÇO POR ITEM**, tendo em vista o recebimento do recurso financeiro destinado pela Resolução SES/MG nº 6.971, de 13/12/2019, transferido à esta Instituição por intermédio do Município de São Sebastião do Paraíso, através do Programa Rede Resposta, publicada no *site* e divulgado por e-mail no dia 13/07/2026, com posterior ERRATA N° 001/2026 e ERRATA N° 002/2026, divulgadas em 20/07/2026 e 22/07/2026, respectivamente, em razão da resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessados.

Para fins de ampliação da competitividade, sem prejuízo da qualidade técnica e da finalidade assistencial dos equipamentos, **também serão aceitas** as seguintes especificações técnicas equivalentes:

Item 02 – MONITOR TRIAGEM:

- Equipamentos com faixa de frequência cardíaca (SpO₂) de **30 a 300 bpm**.

Item 03 – MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI:

- Equipamentos com faixa de frequência respiratória de **3 a 150 rpm**;
- Equipamentos com faixa de medição pediátrica da Pressão Não Invasiva (PNI) de **10 a 180 mmHg**;
- Sensores permanentes de SpO₂ reutilizáveis do tipo **luva de silicone** para pacientes adulto e neonato.

As especificações originalmente previstas no Edital permanecem válidas, sendo aceitas **também** as configurações acima descritas, por serem consideradas tecnicamente equivalentes.

Conforme manifestação do responsável técnico, as diferenças apresentadas **não interferem nas características básicas dos equipamentos, não comprometem a tecnologia empregada, o desempenho, a segurança ou o resultado esperado dos produtos**, permanecendo plenamente atendida a finalidade assistencial pretendida pela instituição.



Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Considerando que a presente errata apenas esclarece e amplia o rol de especificações técnicas aceitas, sem alterar o objeto da contratação ou interferir na formulação das propostas, fica mantida a data da sessão pública e os demais prazos estabelecidos no Edital.

São Sebastião do Paraíso/MG, 27 de julho de 2026.

Tiago Peres
Engenheiro Eletricista
Especialista em Engenharia Clínica
CREA-SP: 5069751008

Clécio Alberto Pimenta – Provedor
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso